

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- | | | | |
|-----|--|-----------------------|-------|
| ๑. | ชื่อโครงการ.....จังหวัดมหาวิการทางการแพทย์.....ค่าจ้างสถาปนิกร.....จำนวน ๑ งาน | | |
| ๒. | (หน่วยงานเจ้าของโครงการ).....โรงพยาบาลราชวิถีธรรมราชนครศรีธรรมราชน..... | | |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) | | |
| ๔. | วันที่กำหนดราคาค่ากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕,๘๘๘,๘๘๘.๘๘ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
(จำนวนผู้ป่วย ๑,๑๗๙ ราย/ปี x ราคารายละ ๕,๒๔๐.๐๐ บาท) | | |
| ๕. | แหล่งที่มาของราคาค่ากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคาค่ากลาง”
(๔) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครึ่งหลังสุดภายนในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
- ราคาที่เคยจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในราคารายละ ๕,๒๔๐ บาท (สี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างทำของ เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | | |
| ๖. | รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาค่ากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | | |
| ๖.๑ | นายกฤษณะ อักษรนิตย์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | |
| ๖.๒ | นางสรวัฒน์ ใจนาส | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| ๖.๓ | นายไสวณ กองสุก | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | |

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
**จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ – ค่าจ้างสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน
 โรงพยาบาลราษฎร์ดิษฐ์**

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลราษฎร์ดิษฐ์ มีการเปิดให้บริการตรวจรักษาและสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ แต่ในปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ ยังขาดเครื่องมือในการสลายนิ่ว ดังนั้นจึงได้มีการจัดหาผู้ให้บริการตรวจรักษาและสลายนิ่ว ด้วยการจ้างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลราษฎร์ดิษฐ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยจึงได้มีแผนการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ – ค่าจ้างสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา ๑๒ เดือน หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ทำการรักษาและสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Calculi) โดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยคลื่นกระแทกของพลัง Shock wave จากภายนอกร่างกาย โดยใช้ระบบเอ็กเซร์ และระบบอัลตราซาวด์ในการค้นหานิ่ว

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเข่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/๖๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปีต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานก่อสร้างที่กรรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

งานจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง จำนวน ๑ คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้เครื่องสลายนิ่วเป็นอย่างดี และผู้รับจ้างต้องนำเครื่องสลายนิ่วที่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำการรักษาและสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Calcuiil) โดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยคืนกระแทกของพลัง Shock wave จากภายนอกร่างกาย โดยใช้ระบบเอ็กซเรย์ และระบบอัลตราซาวด์ในการค้นหานิ่ว ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสลายนิ่วที่ทางโรงพยาบาลฯ กำหนดมาให้บริการ

๔.๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๒.๑ ส่วนกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นแบบอิเล็กโทรแมกнетิกซึ่ง叫做เวฟอีมิตเตอร์ (EMSE) โดยใช้พลังงานคลื่นซึ่งคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสลายนิ่ว โดยที่พลังงานของคลื่นซึ่งคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสลายนิ่วที่พัฒนาโดยน้ำ (Water Cushion) และตัวผู้ป่วยไปยังนิ่วโดยไม่ต้องผ่าตัด

๔.๒.๒ ส่วนค้นหาตำแหน่งนิ่ว (Locating System) มีทั้งระบบ Fluoroscopy และระบบอัลตราซาวด์ ในการตรวจหาตำแหน่งนิ่วและติดตามผลการสลายนิ่วได้ตลอดเวลา การค้นหานิ่วสามารถใช้ระบบได้รับหนึ่งในการค้นหานิ่วได้ และในขณะที่ใช้ระบบได้รับหนึ่งไม่จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ออกก่อน

๔.๒.๓ ส่วนสลายนิ่วและส่วนค้นหาตำแหน่งนิ่วยึดติดอยู่ในโครงสร้างเดียวกัน

๔.๒.๔ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์

๔.๓ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๓.๑ ส่วนสลายนิ่ว (Therapy Unit) ประกอบด้วย และสามารถทำงานได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



๔.๓.๑.๑ หัวยิง (Therapy unit) เป็นแบบ Electromagnetic Shockwave emission หัวยิงสามารถปรับตำแหน่งการยิงได้ทั้ง ยิงจากด้านซ้าย, ด้านบน และด้านล่างของเตียงโดยใช้มอเตอร์ในการปรับตำแหน่งของหัวยิง

๔.๓.๑.๒ ระยะไฟฟ้าจากหัวยิงถึงจุดยิงมีระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร

- ๔.๓.๓ ระดับพลังงานคลื่นซีอคสามารถปรับเพิ่ม-ลด ได้ตลอดเวลาที่ยิง
- ๔.๓.๔ รูปแบบความถี่การยิงเลือกได้ ตั้งความถี่การยิงแบบคงที่ หรือตั้งตามสัญญาณ ECG
- ๔.๓.๕ สามารถยิงนิ่วได้ตลอดเวลาในขณะใช้ Fluoroscopy หรืออัลตราชาวด์โดยไม่ต้องหยุด
- ๔.๓.๖ เบาะน้ำ (Water Cushion) สามารถปรับระดับแรงดันภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักและขนาดของคนไข้
- ๔.๓.๗ เครื่องสลายนิ่ว สามารถเคลื่อนย้ายจากห้องหนึ่งไปติดตั้งอีกห้องหนึ่งได้ง่าย โดยมีล้อ และเบรกประกอบมาพร้อมกับเครื่อง
- ๔.๓.๘ ระบบคันหนานิ่วด้วยเอกซเรย์ (Fluoroscopy) มีส่วนประกอบและสามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้
- ๔.๓.๙.๑ มี ซี-อาร์ม (C-arm) ยึดติดกับโครงสร้างเดียวกับหัวยิงนิ่ว เพื่อความแม่นยำในการยิงนิ่ว
- ๔.๓.๙.๒ ซี-อาร์ม เคลื่อนที่ได้ ๓ แกน โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนในแต่ละแกน
- ๔.๓.๙.๓ ตัว ซี-อาร์ม สามารถปรับอุปสงค์ได้ -๓๐ องศา หรือน้อยกว่า ถึง +๓๐ องศา หรือมากกว่า และในขณะที่ ซี-อาร์มเคลื่อนที่ผู้ใช้สามารถดูภาพ Fluoroscopy ที่จอมอนิเตอร์ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา
- ๔.๓.๙.๔ เครื่องเอกซเรย์เป็นแบบ High Frequency X-ray Generator
- ๔.๓.๙.๕ เส้นผ่าศูนย์กลาง Image Intensifier ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ นิวหรือตีกว่า
- ๔.๓.๙.๖ มีจอยภาพเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จอ
- ๔.๓.๙.๗ มีศูนย์เลึง แสดงจุดไฟกัสของพลังงานคลื่นแสดงที่จอยภาพ Fluoroscopy ตลอดเวลา
- ๔.๓.๙.๘ มีอุปกรณ์ตรวจสอบว่าศูนย์ที่ระบบสร้างนั้น แม่นยำถูกต้องหรือไม่ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้เอง
- ๔.๓.๙.๙ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนย้ายได้ง่าย โดยมีล้อและเบรกประกอบมาพร้อมกับเครื่อง
- ๔.๓.๑ ระบบคันหนานิ่วด้วยอัลตราชาวด์ (Integrated Ultrasound Locating System) ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
- ๔.๓.๑.๑ เครื่องอัลตราชาวด์ชนิดเคลื่อนที่ได้ง่ายและสามารถใช้ในงานตรวจวินิจฉัยได้
- ๔.๓.๑.๒ แป้นพิมพ์เป็นระบบ International Alphanumeric Keyboard Character Sets
- ๔.๓.๑.๓ จอภาพเป็น LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิว
- ๔.๓.๑.๔ หัวอัลตราชาวด์ ๑ หัว มีระยะความถี่ระหว่าง ๓-๖ MHz
- ๔.๓.๑.๕ ยึดติดกับโครงสร้างหัวยิง ด้วยอุปกรณ์จับยึด หรือสามารถถอดออกเพื่อใช้งานอย่างอื่นได้
- ๔.๓.๑.๖ อุปกรณ์จับยึดหัวอัลตราชาวด์ มีรายละเอียดดังนี้
 - สามารถปรับมุม ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา ได้
 - มีเครื่องสร้างศูนย์เลึงในจอยอัลตราชาวด์ แสดงจุดไฟกัสของคลื่นซีอค โดยปราศจาก ตลอดเวลา และมีความแม่นยำไม่น่าจะปรับอยู่ในมุมใดๆ
- ๔.๓.๑.๗ มีอุปกรณ์ตรวจสอบว่าศูนย์เลึงที่ระบบสร้างนั้น ถูกต้องหรือไม่โดยผู้ใช้สามารถ ตรวจสอบได้เอง
- ๔.๓.๑.๘ เครื่องอัลตราชาวด์เป็นระบบ Fully Digital Scan Converter
- ๔.๓.๑.๙ มีระดับขั้นของการแสดงภาพ (GrayScale หรือ Gray Level) ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ระดับ หรือตีกว่า

ลงชื่อ.....*นายกฤษณะ อักษรนิตย์*..... ประชานกรรมการ ลงชื่อ.....*กฤษณะ*..... กรรมการ ลงชื่อ.....*นายโสภณ กองสุก*..... กรรมการ
 (นายกฤษณะ อักษรนิตย์) (นางสุรัตน์ ใจนาวา) (นายโสภณ กองสุก)

- ๔.๓.๓.๑๐ สามารถแสดงข้อมูลปัจจุบัน, เลขประจำตัว, ชื่อโรงพยาบาล, วันที่ทำการตรวจ, หัวตรวจที่กำลังใช้งานอยู่ และรูปแบบที่ทำการตรวจ
- ๔.๓.๓.๑๑ มีระบบขยายภาพแบบ Freeze Zoom และ Live Zoom (Post Zoom)
- ๔.๓.๓.๑๒ มีสัญลักษณ์บอกลักษณะการทำงาน (Body Mark)
- ๔.๓.๓.๑๓ มือตราชาระเคลื่อนไหวของภาพ (Frame Rate) มากกว่า ๖๐๐ Hz โดยเครื่องสามารถปรับได้เองทั้งแบบโนมัติและปรับแบบ Manual ได้
- ๔.๓.๓.๑๔ มีปุ่มกดเขย่าการปรับค่าความสว่างของภาพ
- ๔.๓.๓.๑๕ คำนวนและการวัดค่าของระบบ Urology ได้
- ๔.๓.๓.๑๖ สามารถแสดงภาพย้อนหลังแบบต่อเนื่อง หรือเลือกดูที่ละภาพได้
- ๔.๓.๓.๑๗ สามารถแสดงภาพย้อนหลังแบบต่อเนื่อง หรือเลือกดูที่ละภาพได้
- ๔.๓.๓.๑๘ สามารถใช้กับหัวอัลตราซาวด์ Rectal Probe ซึ่งมีอยู่ในโรงพยาบาลได้
- ๔.๓.๔ เตียงผู้ป่วยสำหรับสลายนิ่วโดยเฉพาะ
- ๔.๓.๔.๑ มีล้อสามารถเข็นเคลื่อนที่ได้ง่าย มีเบรกล็อกคล้อได้
- ๔.๓.๔.๒ ทำด้วยวัสดุอย่างดี ตัวโครงทำด้วยโลหะแข็งแรงทนทานและมีเบาะหุ้ม
- ๔.๓.๔.๓ สามารถใช้ฟลูออโรสโคปเพื่อหนานิ่วได้
- ๔.๓.๔.๔ ขนาด
 - ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๔ เซนติเมตร หรือตื้กว่า
 - ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๖ เซนติเมตร หรือตื้กว่า
- ๔.๓.๔.๕ สามารถรองรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม (kg)
- ๔.๓.๕ อุปกรณ์ควบคุมการสลายนิ่ว
- ๔.๓.๕.๑ เป็นแบบมือถือ สามารถถือเคลื่อนย้ายขณะทำงานได้
- ๔.๓.๕.๒ สามารถควบคุม และแสดงจำนวนนัดการยิงนิ่ว
- ๔.๓.๕.๓ ใช้ควบคุมการปรับตำแหน่งของหัวยิงนิ่ว
- ๔.๓.๕.๔ ใช้ควบคุมการปรับตำแหน่งของ ชี-อาร์ม
- ๔.๓.๕.๕ ใช้ควบคุม และแสดงระดับแรงดันน้ำในเบาะน้ำ
- ๔.๓.๖ ชุดกราฟตุนการยิงด้วยเครื่อง ECG (ECG Triggering unit) ประกอบด้วย
- ๔.๓.๖.๑ เครื่อง ECG
- ๔.๓.๖.๒ เครื่องกำเนิดสัญญาณกระตุนการสลายนิ่ว
- ๔.๔ อุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบการใช้งานดังนี้
- | | |
|---|---------------|
| ๔.๔.๑ เสื้อทะกั่วพร้อม Thyroid Shield | อย่างละ ๓ ชุด |
| ๔.๔.๒ ฉากทะกั่ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๔.๓ เครื่องวัดคลื่นหัวใจ (ECG Monitor) และ BP Monitor พร้อมขาตั้ง | จำนวน ๒ ชุด |
| ๔.๔.๔ อุปกรณ์ป้องกันเสียง | จำนวน ๓ ชุด |
| ๔.๔.๕ สายรัดผู้ป่วย | จำนวน ๓ ชุด |

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายกฤษณะ อัษฎรนิตย์) (นางสรัตน์ ใจนาส) (นายไสกณ กองสุก)

๔.๕ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๕.๑ เครื่องมือที่นำมาเสนอให้บริการเป็นเครื่องมือผลิตสำเร็จจากโรงงาน โดยมีเอกสารยืนยัน การผลิตมาแสดงในวันยืนของเสนอราคากลาง เทคนิค
- ๔.๕.๒ มีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือรุ่นที่นำเสนอบริการ และมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข โดยเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ มาแสดงในวันยืนของ เสนอราคากลาง เทคนิค
- ๔.๕.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งาน ISO ๑๓๔๘๕ และมาตรฐาน EN หรือ CE หรือ TUV โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยืนของ เสนอราคากลาง เทคนิค
- ๔.๕.๔ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยืนของเสนอราคากลาง เทคนิค
- ๔.๕.๕ เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องของผู้รับจ้าง ต้องผ่านการอบรมการใช้งานเครื่องสลายน้ำรุ่นที่นำเสนอให้บริการ โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยืนของเสนอราคากลาง เทคนิค
- ๔.๕.๖ ผู้รับจ้างต้องทำการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ (Revision Upgrade) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากเครื่องมือรุ่นที่ใช้งานมีการพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นภายในระยะเวลาสัญญา
- ๔.๕.๗ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถใช้งานได้ในวันส่งมอบ
- ๔.๕.๘ หากเครื่องมือชำรุด ชัดข้อง ทางผู้รับจ้างต้องส่งซ่อมหรือวิศวกร มาทำการแก้ไขภายใน ๔๙ ชั่วโมง และมีเครื่องสำรองให้ใช้กรณีที่ผู้รับจ้างซ่อมเครื่องไม่แล้วเสร็จภายใน ๔๙ ชั่วโมง
- ๔.๕.๙ คุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกของเครื่องสลายน้ำที่นำมาติดตั้ง ต้องมีคุณสมบัติมาตรฐาน และครบถ้วนตามรุ่นที่เสนอมา โดยไม่มีการตัดแปลงต่อเดิมจากที่กำหนดในต่างประเทศ
- ๔.๕.๑๐ ในระยะเวลาสัญญา ผู้รับจ้างต้องตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องมือที่นำเสนอให้บริการ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต และสอบเทียบค่าเครื่องมืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง ในวันส่งมอบงานตามสัญญา (เอกสารรับรองการตรวจเช็คบำรุงรักษาและสอบเทียบค่าเครื่องมือครั้งแรกแสดงในวันส่งมอบงานตามสัญญา)
- ๔.๕.๑๑ ผู้รับจ้างรับรองว่ามีอย่างน้อยขายน้ำในราคากลางต่อไปให้บริการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยมีเอกสารยืนยันมาแสดงในวันยืนของเสนอราคากลาง เทคนิค
- ๔.๕.๑๒ กำหนดส่งของและติดตั้งแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๓๖๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้างทำของ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยืนยันข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินอุดหนุนงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

เนื่องจากการจ่ายค่าจ้าง จะจ่ายค่าจ้างตามจำนวนผู้รับบริการจริงในอัตราค่าบริการ ตามที่ผู้行事การเสนอราคาเสนอ โดยผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมจำนวนและรายการตรวจวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย ซึ่งมีเลขประจำตัวผู้ป่วยแต่ละรายและรายการตรวจแต่ละรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อขอเบิกเงินค่าบริการตรวจวินิจฉัยโรคตามข้อตกลงเป็นประจำทุกเดือนตามที่ตรวจจริง

หากครบกำหนดเวลาตามสัญญา แต่งเงินยังไม่หมดตามที่กำหนดไว้ให้ถือว่าสินสุดสัญญาหรือหากยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา แต่ครบตามวงเงินที่กำหนดให้ถือว่าสินสุดสัญญา จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคាត่อหน่วยของงานที่ทำเสร็จจริง คุ้สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคายต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินใหม่ หากเห็นอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานได้แตกต่างไปจากที่กำหนด ไว้ในสัญญา


๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัดจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคากำไร


๑๐. การกำหนดระยะเวลาบันประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างที่ของแข็งแءวแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในระยะเวลาการจ้างงานดังกล่าว


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายกฤษณะ อักษรนิตร์)

นายแพทท์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุรัตน์ ใจนาส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายไสวณ กองสุก)

นายช่างเทคนิคชำนาญการ